

Sjekkliste for naturfagrom

Til brannslukking på hvert naturfagrom:

| Finnes det ... | Ja | Nei |
|-----------------------------------|----|-----|
| CO ₂ -apparat, 2 kilo? | | |
| ABE-pulverapparat, 6 kilo? | | |
| brannteppe? | | |

Annet sikkerhetsutstyr på hvert naturfagrom:

| Finnes det ... | Ja | Nei |
|---|----|-----|
| øvevaskeflasker med rutiner for bytte av vann minst én gang per måned for å hindre bakterievekst? | | |
| vernebriller til alle? | | |
| sikkerhetsskjerm for bruk ved demonstrasjonsforsøk? | | |
| strikker for å samle langt hår? | | |
| førstehjelpsskap med plaster ol.? | | |

Ved uhell

| Finnes det ... | Ja | Nei |
|--|----|-----|
| frie rømningsveier ved brann | | |
| rutiner for hvordan man tilkaller hjelp? | | |
| rutiner for hva man skal gjøre dersom man har fått noe i øyet? | | |
| rutiner for rapportering av uhell? | | |

Kjemikalier

| Finnes det ... | Ja | Nei |
|---|----|-----|
| et stoffkartotek med oppdatert liste over stoffene/stoffblandingene på naturfagrommet? | | |
| sikkerhetsdatablad eller informasjonsblad for alle farlige kjemikalier i kjemikaliesamlingen? | | |
| egne oppbevaringsskap for kjemikaliene, slik det er beskrevet i tabellene på side 5-8 i dokumentet "Oppbevaring og håndtering". | | |
| gult fareskilt "Gass under trykk" på skap med gassbeholdere? | | |
| etiketter med riktig merking på kjemikaliene? | | |

Avfallshåndtering etter forsøk

| Finnes det ... | Ja | Nei |
|---|----|-----|
| glassbeholder for knust glass? | | |
| avfallsbeholder for løsninger av kobber-, mangan- og sølvsalter? | | |
| avfallsbeholder for organiske løsemidler? (eks. white spirit, aceton) | | |
| rutiner for håndtering av farlig avfall? | | |

Opplæring

| Finnes det ... | Ja | Nei |
|--|----|-----|
| rutiner for opplæring i bruk av kjemikaliesamlingen? | | |
| rutiner for opplæring i avfallshåndteringen? | | |

Risikovurdering

| Finnes det ... | Ja | Nei |
|--|----|-----|
| risikovurdering av naturfagrommet? | | |
| risikovurdering av forsøk og demonstrasjoner som gjennomføres? | | |